

令和3年3月1日（月）  
健康局健康課予防接種室  
【照会先】 （担当・内線）  
予防接種対策推進官 尾崎 守正（8900）  
課長補佐 藤野 雅弘（2397）  
加藤 建（8153）  
（電話・代表）03(5253)1111

報道関係者各位

## 新型コロナウイルスワクチンの保管温度の逸脱について

本日、先行接種を行っている医療機関から厚生労働省に対して、2月26日（金）深夜にディープフリーザーが故障し、保管温度を逸脱した結果、ワクチン172バイアルが使用不可となったとの報告がありました。

明日、納入企業が、当該医療機関を訪問し、故障したディープフリーザーの代替製品を持参するとともに、当該ディープフリーザーを回収し、その原因の調査を行う予定です。

厚生労働省は、この調査結果を踏まえて、速やかに再発防止策を検討してまいります。